


Hinweis zum Anschließen der Vollentsalzungspatrone IVEE



Entlüftungsschraube

Beim Anschließen der Vollentsalzungspatrone unbedingt die Fließrichtung beachten!! Beschriftung Eingang!!

Anleitung zum Austauschen des Mischbettharzes bei der Vollentsalzungspatrone IVEE

Schritt 1:

Anschlusschläuche von der Vollentsalzungspatrone trennen.

Schritt 2:

Verschlussstopfen komplett aus der Vollentsalzungspatrone ausschrauben (Rechtsgewinde). Dazu benötigen Sie einen Zapfenschlüssel mit Zapfendurchmesser 4mm.



Verschlussstopfen




Zapfenschlüssel

Schritt 3:

Vollentsalzungspatrone umdrehen und zusammen mit Wasser ausschütten, dass Mischbettharz z.B. in einem Eimer auffangen und anschließend in Polybeutel verpacken. Vor dem Verpacken das Harz im Eimer absetzen lassen und vorsichtig überschüssiges Wasser abgießen. Die Polybeutel erhalten Sie mit der Lieferung von neuem oder regeneriertem Mischbettharz. Sobald Sie uns die Versandbereitschaft des verbrauchten Mischbettharzes melden, veranlassen wir die Abholung per DHL.

Schritt 4:

Zum erneuten Befüllen der Vollentsalzungspatrone stecken Sie einen möglichst großen Trichter in die obere Öffnung der Vollentsalzungspatrone und füllen das Mischbettharz darüber ein. Beim Befüllen die Patronen ab und an schütteln, damit sich das Harzbett setzt.



Schritt 5:

Den Verschlussstopfen wieder aufschrauben und die Schläuche anschließen. **Prüfen ob der O-Ring an der Unterseite des Verschlussstopfens nicht verrutscht ist oder fehlt!**



Die Regeneration Ihres Mischbettharzes übernehmen wir gerne, auch für Produkte anderer Hersteller. Sollte Ihre Patrone erschöpft sein bieten wir Ihnen 2 Varianten zur Regeneration an.

Variante 1: Wir schicken Ihnen die entsprechende Menge frisch regeneriertes bzw. neues Mischbettharz zu und Sie nehmen den Austausch des Harzes selbst vor. Eine Anleitung zum Austausch wird mitgeliefert. Das erschöpfte Mischbettharz verpacken Sie in einen mitgelieferten Polybeutel und Karton und wir beauftragen die Abholung per DHL.

Variante 2: Sie verpacken die erschöpfte Vollentsalzungspatrone in den Karton der Anlieferung und wir beauftragen die Abholung per DHL bzw. per Spedition bei größeren Modellen. Nach Durchführung der Regeneration schicken wir die Vollentsalzungspatrone zu Ihnen zurück.

Die Regeneration kostet Sie immer 4,76€ je Liter Harz zzgl. Versandkosten.

Sollten Sie permanent auf vollentsalztes Wasser angewiesen sein, empfiehlt es sich 2 Vollentsalzungspatronen anzuschaffen und diese immer im Wechsel zu verwenden.

Bei Rückfragen bitte anrufen:

02358-257627 o. 0151-53555777